



BANCO DE COSTA RICA

Contratación Directa #2018CD-000059-01

“Compra de equipos médicos de primeros auxilios y de rescate, para la atención de emergencias por parte de salud ocupacional en el Banco de Costa Rica”

Modificación #3

El Banco de Costa Rica informa a los interesados de la contratación en referencia que se ha modificado el ítem #21 las especificaciones técnicas, con el fin de que se lea de la siguiente forma y corresponda a lo indicado al punto 17 del cartel:

Ítem No. 21 - Medidor de calidad de aire interior (una unidad)

- Marca TSI modelo 7515 o similar
- CO2: Rango: 0 to 5000 ppm; Precisión 1: $\pm 3\%$ de la lectura o ± 50 ppm, el que sea mayor
Resolución: 1 ppm; Tipo de sensor: Infrarrojo no dispersivo.
- Rango de temperatura del instrumento: Funcionando (Electrónica): De 5 a 45°C ; Almacenamiento: De -20 a 60°C
- Condiciones de operación del instrumento: Altitud hasta 4000 metros; Humedad relativa de hasta 80%, sin condensación; Grado de polución 1 conforme a la normativa IEC 664; Sobretensiones pasajeras de categoría II
- Requisitos de potencia eléctrica: Cuatro pilas de tamaño AA (incluidas)
- Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación.

Así mismo recordarles que la fecha de apertura del concurso se mantiene para el día 29 de junio del 2018, a las diez horas con treinta minutos (10:30 am).

**** Las demás condiciones del cartel se mantienen invariables****

Oficina de Contratación Administrativa


Rodrigo Aguilar Solorzano
Supervisor.
© Ronald Ant. A. G.